



WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA  
"WAMA DIAGNOSTICA"  
RUA ALDO GERMANO KLEIN, 100 - CEAT  
SÃO CARLOS - SP - 13.573-470  
FONE: (16) 3377-9977

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 009/2021, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUNA - SP

Pregão Eletrônico nº 009/2021

*Ref.: Recurso Administrativo apresentado pela empresa Wama Produtos para Laboratório Ltda, alegando que o produto ofertado pela empresa Flash Prestação de Serviços Eirelli EPP, está com medida cautelar.*

WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.000.787/0001-08, com sede na Rua Aldo Germano Klein, nº 100, Bairro Ceat, no município de São Carlos/SP, CEP: 13573-470, vem, por seu representante que a presente subscreve, apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO**, comprovando que o produto ofertado está com medida cautelar, pelos motivos expostos abaixo.

#### **I – DA BREVE RETOMADA FÁTICA**

1. Trata-se de Pregão Eletrônico nº 009/2021, promovido pela Prefeitura Municipal de Ipeuna-SP, que tem por objeto "Registro de Preços para aquisição de testes rápidos COVID-19 para detecção de anticorpos IgG e IgM".
2. Foi realizada a sessão pública eletrônica para a realização da etapa de lances, que contou com a participação de diversas empresas interessadas, cuja licitante classificada em primeiro lugar foi a **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI EPP**.
3. O Sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio se reuniram para proceder à análise da documentação da empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI EPP**, primeira colocada, a fim de verificar a aceitabilidade da melhor proposta quanto ao objeto, ao valor e condições definidas no Edital e em seus anexos, e também foi solicitada amostra, onde ficou sagrada como arrematante.



WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA  
"WAMA DIAGNOSTICA"  
RUA ALDO GERMANO KLEIN, 100 - CEAT  
SÃO CARLOS - SP - 13.573-470  
FONE: (16) 3377-9977

4. Ocorre que, a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI EPP** apresentou um produto com Registro Anvisa nº 80520090045, que consta uma Medida Cautelar.

5. É o que será demonstrado.

## II – DO PLENO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

6. Para comprovação do informado no item acima, estamos anexando o Registro do Teste na Anvisa e demais documentos que comprovam a referida Medida Cautelar.


## III – DOS PEDIDOS

7. Diante de todo o exposto, requer:

- a) Que a decisão que classificou a empresa **FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI EPP**, seja revista, por não haver motivo para a classificação de seu produto.
- b) Que, seja dado prosseguimento no certame, de modo que as empresas próximas classificadas sejam convocadas para apresentar sua documentação de habilitação, de modo que todos os demais licitantes também tenham acesso.

Nestes termos, pede deferimento.

São Carlos, 13 de agosto de 2021.

  
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.  
ELENICE APARECIDA AFONSO  
COORDENADORA DE LICITAÇÃO  
RG. 13.591.653-7 / CPF. 087.136.178-77

66.000.787/0001-08

WAMA PRODUTOS PARA  
LABORATÓRIO LTDA.

RUA ALDO GERMANO KLEIN, 100  
CEAT - CEP 13573 - 470  
SÃO CARLOS - SP

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

## Detalhes do Produto

<b>Nome da Empresa</b>	LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
<b>CNPJ</b>	09.089.140/0001-52	<b>Autorização</b>	8.05.200-9
<b>Produto</b>	KIT DE TESTE COVID-19		

 MEDIDA CAUTELAR

Filtrar...

**Apresentação/Modelo**

BASALL com 200 testes individuais: Dispositivo de teste – 200, Frasco com reagente da amostra – 200 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 200, Manual do Usuário – 200

BASALL com 1 teste: Dispositivo de teste – 1, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 0,25mL, Pipeta – 1, Manual do Usuário – 1

BASALL com 100 testes individuais: Dispositivo de teste – 100, Frasco com reagente da amostra – 100 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 100, Manual do Usuário – 100

BASALL com 200 testes: Dispositivo de teste – 200, Frasco com reagente da amostra – 08 Volume: 5 mL cada, Pipeta – 200, Manual do Usuário – 01

BASALL com 25 testes individuais: Dispositivo de teste – 25, Frasco com reagente da amostra – 25 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 25, Manual do Usuário – 25

BASALL com 25 testes: Dispositivo de teste – 25, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 5 mL, Pipeta – 25, Manual do Usuário – 1

BASALL com 5 testes individuais: Dispositivo de teste – 5, Frasco com reagente da amostra – 5 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 5, Manual do Usuário – 5

BASALL com 5 testes: Dispositivo de teste – 5, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 1,25 mL, Pipeta – 5, Manual do Usuário – 1

BASALL com 50 testes individuais: Dispositivo de teste – 50, Frasco com reagente da amostra – 50 Volume: 0,25mL cada, Pipeta – 50, Manual do Usuário – 50

BASALL com 50 testes: Dispositivo de teste – 50, Frasco com reagente da amostra – 1 Volume: 10 mL cada, Pipeta – 50, Manual do Usuário – 1

« 1 2 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	manual_kit_de_teste_covid_BASALL_REV.1.8a.pdf	1200478/21-5 - 29/03/2021 - 11:53

<b>Nome Técnico</b>	CORONAVÍRUS
<b>Registro</b>	80520090045
<b>Processo</b>	25351.395052/2020-56
<b>Fabricante Legal</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>FÁBRICANTE: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BRASIL</li></ul>
<b>Classificação de Risco</b>	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
<b>Vencimento do Registro</b>	02/07/2030

[Exportar para Excel](#) [Exportar para PDF](#) [Voltar](#)

# Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Produtos Irregulares / Produtos Irregulares

## Resultado da Consulta de Dossiê de Fiscalização

Data da Última Medida Cautelar	Produto	Empresa	Tipo de Produto	Ações de Fiscalização
23/03/2021	KIT DE TESTE COVID-19 - Registro: 80520090045. KIT DE TESTE COVID-19 - Registro: 80520090045. KIT DE TESTE COVID-19 - Registro: 80520090045.	LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Produtos para Saúde (Correlatos)	Recolhimento: Suspensão: Comercialização, Distribuição, Fabricação, Uso:

Exportar para Excel

Voltar

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 23/03/2021 | Edição: 55 | Seção: 1 | Página: 84

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária

## RESOLUÇÃO RE Nº 1.169, DE 22 DE MARÇO DE 2021

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 171, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Adotar a(s) medida(s) preventiva(s) constante(s) no ANEXO.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**ANA CAROLINA MOREIRA MARINO ARAUJO**

ANEXO

1. Empresa: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 09.089.140/0001-52

Produto - (Lote): KIT DE TESTE COVID-19(2184210218);KIT DE TESTE COVID-19(21841006);KIT DE TESTE COVID-19(21841214);

Tipo de Produto: Produtos para Saúde (Correlatos)

Expediente nº: 1022979/21-5

Assunto: 70351 - MEDIDA PREVENTIVA- Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Ações de fiscalização: Recolhimento

Suspensão - Comercialização, Distribuição, Fabricação, Uso

Motivação: Considerando o Laudo de Análise Fiscal n.º 716.1.P.O/2021, Laudo de Análise Fiscal n.º 722.1.P.O/2021 e o Laudo de Análise Fiscal n.º 962.1.P.O/2021, emitidos pelo INCQS, com resultados insatisfatórios no ensaio de sensibilidade, e tornados condenatórios em razão da empresa ter recusado perícia de contraprova, bem como a resposta à notificações de exigência, onde a empresa identificou a causa raiz da não conformidade que gerou o laudo insatisfatório.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.