



Capital da Agricultura Natural

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA

Rua 01 nº 275 – CENTRO - Fone (19) 3576-9000
CEP 13537-000 – www.ipeuna.sp.gov.br

Ipeúna, 29 de março de 2022.

Da Comissão de Licitações
Ref.: Responde Solicitações de Esclarecimentos
quanto ao Pregão Eletrônico Nº 003/2022

Prezado(s) Licitante(s),

Atendendo solicitações de esclarecimentos quanto à citada Licitação desta Prefeitura de Ipeúna pelas empresas Rio Clarense e MedLevensohn, temos a informar o seguinte:

1. QUESTIONAMENTO 01:

Boa tarde!

Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao PE 03/2022.

Em edital não é solicitado Incubadoras em comodato para a utilização do item 169 Indicador Biológico.

Os equipamentos não serão necessários? Se sim, quantas unidades deverão ser fornecidas com o item?

Resposta 1: Será necessário o comodato de duas incubadoras (01 para a UBS e 01 para o PSF).

2. QUESTIONAMENTO 2

O descritivo do ITEM 185 prevê a aquisição de lancetas simples 30G.

Ocorre que, como a ANVISA não define quais as medidas de GAUGE as lancetas deverão possuir, essa definição fica a critério de cada fabricante.

Com efeito, há no mercado diversos GAUGES de lancetas, sendo alguns muito aproximados e que podem ser utilizados de forma substitutiva sem qualquer dano ou prejuízo para o usuário.

Sendo assim, para fins de aumento do número de empresas participantes e promoção da competitividade na busca da proposta mais vantajosa para os cofres Públicos, pergunta-se:

(a) Serão aceitas lancetas com GAUGE aproximado como por exemplo as lancetas 28G?

(b) Quais os motivos que levaram a Administração optar pela lanceta 30G e que impedem a aceitação da lanceta 28G?

Resposta 2: É inevitavelmente necessário que o item nº 185 – Lanceta Dextro 30G seja da medida 30G ou $0,30 \pm 0,01$ mm com 1,50mm/fluxo baixo e não 28G ou $0,36 \pm 0,01$ mm com 1,80mm/fluxo baixo devido justamente a diferença de diâmetro da lança, uma vez que a população dependente do uso de leitura glicosométrica do município faz aferições em média três vezes ao dia. Já foram experimentadas as lancetas 28G, porém houve queixa de grande parte da população devido ao aumento da dor durante as perfurações e algia persistente após as perfurações, além disso, foram relatados excesso e postergação do tempo de sangramento. Fato este que para pessoas com essa comorbidade pode trazer complicações devido a lesões ocasionadas de forma repetitiva e proposital.

Sendo o que apresenta para o momento.

Cristiane Magalhães Mota
Pregoeira